

品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永生科学研究所
Morinaga BioScience, Inc.
品質保証部長

Manager, Quality Assurance Department



製品 / Product:

製品名 / Product name	ロット番号 / Lot number	有効期限 / Expiration date
High Sensitive Peanut ELISA Kit II	FHP026	AUG. 20 2026

上記ロットは品質基準を満たしております / The lot passed the quality control.

(1) 標準溶液の吸光度 / Absorbance of the working standard

STD (ng/mL)	1	2	3	4	Ave.	CV (%)
0	0.028	0.025	0.025	0.027	0.026	/
0.5	0.064	0.061	0.062	0.063	0.063	2.1
1	0.103	0.104	0.102	0.097	0.102	3.1
2	0.161	0.157	0.159	0.160	0.159	1.1
4	0.298	0.293	0.293	0.295	0.295	0.8
8	0.549	0.531	0.532	0.532	0.536	1.6
16	1.057	1.027	1.022	1.042	1.037	1.5
32	1.931	1.984	1.951	1.946	1.953	1.1

(2) 検体の測定結果 / Results of the test materials

陽性コントロール Positive control	タンパク質濃度 Protein content (μg/g)	基準値 Standard value (μg/g)		
A	7.7	5.3	-	9.9
B	7.4	5.9	-	10.9
C	6.6	5.0	-	9.2