

品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永生科学研究所
Morinaga BioScience, Inc.
品質保証部長

Manager, Quality Assurance Department



製品 / Product:

製品名 / Product name	ロット番号 / Lot number	有効期限 / Expiration date
High Sensitive Peanut ELISA Kit II	FHP027	NOV. 22 2026

上記ロットは品質基準を満たしております / The lot passed the quality control.

(1) 標準溶液の吸光度 / Absorbance of the working standard

STD (ng/mL)	1	2	3	4	Ave.	CV (%)
0	0.042	0.045	0.045	0.043	0.044	/
0.5	0.074	0.079	0.075	0.073	0.075	3.5
1	0.104	0.114	0.107	0.103	0.107	4.6
2	0.163	0.170	0.173	0.167	0.168	2.5
4	0.277	0.288	0.288	0.280	0.283	2.0
8	0.505	0.540	0.521	0.522	0.522	2.7
16	0.959	0.983	0.984	0.964	0.973	1.3
32	1.818	1.858	1.822	1.890	1.847	1.8

(2) 検体の測定結果 / Results of the test materials

陽性コントロール Positive control	タンパク質濃度 Protein content (μg/g)	基準値 Standard value (μg/g)
A	7.5	5.3 - 9.9
B	6.4	5.9 - 10.9
C	5.6	5.0 - 9.2