



March 16, 2026

品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永生科学研究所
Morinaga BioScience, Inc.

品質保証部長
Manager, Quality Assurance Department

製品 / Product:

製品名 / Product name	ロット番号 / Lot number	有効期限 / Expiration date
Rapid Test Easy for Sesame	ESE002	MAR. 10 2027

結果 / Results

内部標準/Internal Standard		判定 / Result
Matrix	Spiking level (Protein content)	
PBS (Swab kit)	0 ppm	陰性 / NEGATIVE
PBS (Swab kit)	0.5 ppm	陽性 / POSITIVE