

品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永生科学研究所
Morinaga BioScience, Inc.
品質保証部長

Manager, Quality Assurance Department



製品 / Product:

製品名 / Product name	ロット番号 / Lot number	有効期限 / Expiration date
High Sensitive Peanut ELISA Kit II	FHP028	FEB. 09 2027

上記ロットは品質基準を満たしております / The lot passed the quality control.

(1) 標準溶液の吸光度 / Absorbance of the working standard

STD (ng/mL)	1	2	3	4	Ave.	CV (%)
0	0.048	0.050	0.050	0.050	0.050	/
0.5	0.085	0.086	0.087	0.087	0.086	1.1
1	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.0
2	0.194	0.192	0.194	0.192	0.193	0.6
4	0.327	0.325	0.321	0.319	0.323	1.1
8	0.589	0.579	0.576	0.580	0.581	1.0
16	1.088	1.069	1.077	1.083	1.079	0.8
32	1.988	2.028	2.003	2.003	2.006	0.8

(2) 検体の測定結果 / Results of the test materials

陽性コントロール Positive control	タンパク質濃度 Protein content (μg/g)	基準値 Standard value (μg/g)		
A	7.9	5.3	-	9.9
B	7.1	5.9	-	10.9
C	6.0	5.0	-	9.2