



April 16, 2026

品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永生科学研究所

Morinaga BioScience, Inc.

品質保証部長

Manager, Quality Assurance Department

製品 / Product:

| 製品名 / Product name | ロット番号 / Lot number | 有効期限 / Expiration date |
|--|--------------------|------------------------|
| ナノラップEasy 牛乳 Rapid Test Easy for Casein | ECS061 | APR. 12 2028 |

結果 / Results

| 内部標準/Internal Standard | | 判定 / Result |
|------------------------|------------------------------------|---------------|
| Matrix | Spiking level (Protein content) | |
| Water PBS | 0 ppm | 陰性 / NEGATIVE |
| Water PBS | 0.5 ppm | 陽性 / POSITIVE |