

品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永科学研究所

Morinaga BioScience, Inc.

品質保証部長

Manager, Quality Assurance Department



製品 / Product:

製品名 / Product name	ロット番号 / Lot number	有効期限 / Expiration date
High Sensitive Peanut ELISA Kit II	FHP030	JUL. 15 2027

上記ロットは品質基準を満たしております / The lot passed the quality control.

(1) 標準溶液の吸光度 / Absorbance of the working standard

STD (ng/mL)	1	2	3	4	Ave.	CV (%)
0	0.067	0.064	0.060	0.064	0.064	
0.5	0.095	0.085	0.086	0.096	0.091	6.4
1	0.122	0.118	0.113	0.116	0.117	3.2
2	0.169	0.156	0.162	0.159	0.162	3.4
4	0.267	0.263	0.268	0.268	0.267	0.9
8	0.482	0.467	0.471	0.463	0.471	1.7
16	0.899	0.905	0.926	0.912	0.911	1.3
32	1.816	1.740	1.717	1.749	1.756	2.4

(2) 検体の測定結果 / Results of the test materials

陽性コントロール Positive control	タンパク質濃度 Protein content (μg/g)	基準値 Standard value (μg/g)
A	6.8	5.7 - 10.6
B	6.2	5.9 - 10.9
C	5.3	4.8 - 8.9